



RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
în legătură cu procedura de achiziție
"Extindere Rețele FM"
Anunț de participare nr.144532/14.06.2013

Vă prezentăm mai jos, solicitarea de clarificare a unui operator economic și răspunsul autorității contractante, privind Caietul de sarcini pentru lotul nr.1.

Solicitarea operatorului economic:

«Pentru echipamentul „Electromagnetic Field Measuring Equipment Low Frequencies” în documentul „104-106 conformitate aparate măsură.xls”, în sheet-ul al 2-lea „Elmg field LF”, se solicită ca parametrul „**Destruction Limit**” să fie de „max.10nT (broadband, 10Hz to 30kHz)”.

Aparatele de acest tip, utilizate într-un câmp magnetic cu o valoare mai mare decât cea menționată de producătorii din piață, prezintă riscul deteriorării etajului de intrarea al echipamentului.

Acest parametru nu are o valoare constantă într-o plajă de frecvențe pentru că este o curbă variabilă în funcție de frecvența câmpului măsurat.

Având în vedere această observație, vă rugăm să reformulați cerința dumneavoastră referitoare la acest parametru specific.»

Răspuns autoritate contractantă:

În urma solicitării primite, caracteristicile tehnice referitoare la parametrul „Destruction limit” din documentul „104-106 Conformitate aparate măsură.xls”, au fost reformulate astfel:

«Destruction limit : above 90mT (freq ≤ 120 Hz), probe 100 cm² »

Vă mulțumim pentru colaborare

Director General

Gabriel GRECU

